

No. \*\*\*\*\*-1

\*\*\*\*\*株式会社 様

# 校正証明書 見本

品名 :ねじ用限界ゲージ

呼び、品名、等級、(ゲージNo.) : M6P1 GPIP 2 (ZZ\*\*\*\*-01)

:上記ほか \*点、別紙明細による

測定及び検査結果は、別紙検査成績表の通りであることを証明致します。

測定項目 :外径、有効径

校正実施日 :20\*\*年\*\*月\*\*日

校正時温度 :20°C

適用規格 :\*\*\*\*\*

## 校正計測機器

基準器 :リファレンスブロックゲージ No.531107 (No.10-7)

使用計測機器、(計測機器管理No.) :KURODAデジタル測長器 SM-3DM (No.21-70)

" " :ねじ測定用三針 (No.19-1K)

「基準器、校正計測機器のトレーサビリティ証明」

校正に使用した基準器、計測機器はブロックゲージをもとにして校正しております。

なお、このブロックゲージは一般財団法人日本品質保証機構(JQA)にて校正を受けており  
国家標準にトレーサブルであることの証明を受けております。

20\*\*年\*\*月\*\*日

愛知県豊橋市賀茂町字神山3-12

オーエスジー株式会社

第3製造部 生産管理課